



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Jana Bożego w Lublinie
Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego



Znak sprawy: DZP.3311-03/2021

Lublin, dnia 08.04.2021 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą zbiorników do przechowywania tlenu ciekłego, ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 00027490/01 w dn.02.04.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

I. W związku z zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Zestaw I.

Dot. Pakietu III. Lp 1.

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę składu mieszaniny na: 10 % He, 0,3 % CO reszta powietrze syntetyczne oraz zmianę, z: napełnianie butli własnych Zamawiającego, na: dzierżawienie butli Wykonawcy. Messer Polska posiada w swojej sprzedaży mieszaniny będące zarejestrowanymi wyrobami medycznymi - stawka Vat 8% Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.04.2016 o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638,1948,2260) na podmioty lecznicze został nałożony obowiązek używania wyrobów medycznych, w związku z czym nie możecie Państwo stosować zwykłych mieszanin technicznych. Mieszaniną do urządzenia LUNGTEST 1000 zgodnie z pismem firmy, która dostarcza te urządzenia powinna być mieszanka o składzie 10 % He, 0,3 % CO, reszta powietrze syntetyczne. W/w mieszanina jest wyrobem medycznym w związku z czym dostarczamy ją w butlach MP, nie pełnimy butli Klienta.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany składu mieszaniny do badania dyfuzyjnego płuc, skreśla zapis o napełnianiu butli własnych Zamawiającego oraz dodaje pozycję 1a dzierżawy dla 1 sztuki butli o poj. 10l. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany kwalifikacji przedmiotu zamówienia w Pakiecie III, dla poz.nr 1, na wyrób medyczny i obowiązek legalizacji butli.

Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 i 1a do SWZ oraz str. 7 SWZ, po zmianie.

Dot. Pakietu III. Lp 4

Pytanie nr 2

Proszę o podanie numeru przyłącza butli z powietrzem syntetycznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż stosuje gwint wylotowy – G 5/8 (gwint wewnętrzny) No. 13 DIN 477-1.

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi (zmian i wyjaśnień).

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

W załączeniu Specyfikacja przedmiotowo-kosztorysowa – Załącznik nr 1 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia (pakiet III), ogłoszenie po zmianie.

II. Jednocześnie, w oparciu o art. 286 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 11.09.2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przesuwa termin składania ofert z:

„14.04.2021 r.”, do godz. 12:00, na:

„**16.04.2021 r.**”, do godz. 12:00

oraz związania ofertą, z: „13.05.2021 r.”, na: „**15.05.2021 r.**”. **Str. nr 11,12 SWZ po zmianie w załączeniu.**

III. Stosownie do dokonanych zmian w SWZ Zamawiający dokonuje w związku z art. 271 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zmiany w ogłoszeniu.

Ogłoszenie po zmianie, w załączeniu.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym ogłoszeniem i SWZ, po zmianie tj. **do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00.**

Z poważaniem,
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Jana Bożego w Lublinie

Andrzej Duszyński

spor.: M. Szydłowska

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9
tel. 81 740 20 39, fax. 81 740 86 14, sekretariat@janbozy.pl, www.janbozy.pl
Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego tel. 81 44 16 600, info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl

Andrzej Duszyński